



ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานห้องกายภาพบำบัด “ศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข”

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการให้คนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สามารถเข้าถึงบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด
ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข” เพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในชุมชน
โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเข้าถึง
บริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการภายใน “ศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ จึงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องกายภาพบำบัด ภายในศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข
ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี



เกณฑ์มาตรฐานห้องกายภาพบำบัด

ลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล

๑. ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
๓. บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
๔. มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตารางเมตร
๕. จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและญาติ เช่น มีที่พักคอยของผู้รับบริการจำนวนเหมาะสม
๖. การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทำได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ขนาดความกว้างของประตู เข้า-ออก ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เซนติเมตร
๗. ห้องตรวจประเมิน หรือห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและมิดชิด และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ (ในกรณีพื้นที่จำกัดห้องตรวจประเมินและห้องบำบัดรักษาอาจใช้ห้องเดียวกันได้)
๘. ห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัยต่อ
๙. ผู้รับบริการในกรณีใช้พื้นที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดียวกับการประกอบกิจการอื่น ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการ
๑๐. มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะบริการที่มี
๑๑. ไม่ติดตั้งกล่องวงจรปิดในห้องตรวจประเมินหรือห้องบำบัดรักษา
๑๒. ระดับเพดานหรือความสูงของฝ้าเพดานน้อยกว่า ๒.๖ เมตร จะต้องมียระบบระบายอากาศที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นอับทึบ กรณีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศระบายออกนอกอาคาร ระบบระบายอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. พื้นในสถานพยาบาลต้องไม่ต่างระดับกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น หรือการขนย้ายเครื่องมือ-อุปกรณ์ต่างๆ กรณีจำเป็นต้องมีพื้นต่างระดับกันไม่เกิน ๒๐ ม.ม. จะต้องมีการปาดมุมลาดเอียง ๑:๑ หรือ ๑:๒ และเกินกว่า ๒๐ ม.ม. ให้ปาดมุมลาดเอียง ๑:๑๒
๑๔. มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษเป็นสัดส่วนและมิดชิด
๑๕. มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย ต้องได้รับการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อหรือทำให้ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้รับบริการ

๑๖. มีแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่ดี โดยมีการจัดทำคู่มือ หรือแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำความสะอาดและทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ
๑๗. มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชื้อ (ใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ”) แยกต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทั่วไป และมีการกำจัดอย่างเหมาะสม
๑๘. มีเครื่องมือดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งโดยให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร อยู่ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ตามชนิดและขนาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๑๙. มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อย ๑ ห้อง
๒๐. ควรมีข้อความแสดงวัน เวลา ที่ให้บริการไว้โดยเปิดเผย
๒๑. มีป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่

**ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น
เวชระเบียน**

๑. มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
๒. มีการจัดเตรียมทะเบียนผู้ป่วย สำหรับบันทึกการมารับบริการของผู้ป่วยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 - ก) ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ป่วย
 - ข) เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
 - ค) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ
๓. มีบัตรผู้ป่วยนอก OPD card ที่สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มารับบริการ

เครื่องใช้ทั่วไป

๑. เตียงที่ใช้สำหรับทำการตรวจรักษา
๒. เครื่องชั่งน้ำหนัก
๓. ตู้หรือชั้นเก็บยา
๔. อ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการตรวจรักษา ดังนี้

๑. เตียงตรวจโรค
๒. เครื่องวัดความดันโลหิต
๓. บาร์คูนาน (Parallel Bar)
๔. แผ่นประคบร้อน (Hydrocollator) และหม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocollater)
๕. รอกกายภาพ
๖. เครื่องมือกายภาพบำบัดรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด จากรายการดังต่อไปนี้

รายการเครื่องมือกายภาพบำบัดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

๑. เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (Shortwave diathermy machine)
๒. เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นไมโคร (Microwave diathermy machine)
๓. เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อการรักษา (Ultrasound therapy machine)
๔. เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulator)
 - ๔.๑ เครื่องผลิตกระแสไฟตรงเพื่อบำบัดรักษา (Galvanic current therapy unit)
 - ๔.๒ เครื่องผลิตกระแสไซน์ซอว์เพื่อบำบัดรักษา (Sinusoidal current therapy unit)
 - ๔.๓ เครื่องผลิตกระแสฟาราดีคเพื่อบำบัดรักษา (Faradic current therapy unit)
 - ๔.๔ เครื่องผลิตกระแสไดโอดนามิคเพื่อบำบัดรักษา (Diadynamic current therapy unit)
 - ๔.๕ เครื่องผลิตกระแสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง (Transcutaneous nerve electrical stimulator หรือ TENS unit)
 - ๔.๖ เครื่องผลิตกระแสอินเตอร์เฟอเรนซ์เพื่อการบำบัดรักษา (Interference current therapy unit)
 - ๔.๗ เครื่องผลิตกระแสไฟตรงศักดาสูงเพื่อบำบัดรักษา (High Voltage Galvanic current therapy unit)
 - ๔.๘ เครื่องผลิตกระแสไฟตรงเป็นช่วง ๆ เพื่อบำบัดรักษา (Interrupted direct current therapy unit)
 - ๔.๙ เครื่องผลิตกระแสแบบรัสเซียเพื่อบำบัดรักษา (Russian current therapy unit)
๕. เครื่องป้อนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback unit)
๖. โคมไฟรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet lamp) เฉพาะที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์
๗. ถังน้ำวนหรืออ่างน้ำวนสำหรับลำตัว (Whirlpool or Hubbard Tank)
๘. ถังแช่พาราฟิน (Paraffin wax bath unit)
๙. ตู้อบไอน้ำ (Stream bath cabinet)
๑๐. เครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน (Hydrocollator unit)
๑๑. เครื่องเป่าอากาศร้อนชื้น (Moist air heat therapy unit)
๑๒. เครื่องบำบัดแบบออกซิเจนเหลว (Fluido therapy unit)
๑๓. เครื่องควบคุมแรงกดดันความเย็นเพื่อการรักษา (Cryo controller pressure therapy unit)
๑๔. เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด (Compressor unit for vascular condition)
๑๕. เครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (Low power unit)
๑๖. เครื่องกระตุ้นแบบสนามแม่เหล็ก (Magnetic stimulator)
๑๗. เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Electric traction Machine)
๑๘. โต๊ะหมุนและแผ่นหมุนให้ตั้งตรง (Tilt table and tilt board)