



ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานห้องกายภาพบำบัด “ศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข”

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข รวมถึงการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมส่วนบุคคล (Determinants of Health) เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดบริการหรือการจัดกิจกรรมสาธารณสุข ซึ่งเป็นการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเบื้องต้นในชุมชน และนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการมากขึ้น นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน ๔ แห่ง ดังต่อไปนี้

- ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางกระบือ
- ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงหมุ่
- ๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจั่วราย
- ๔.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพสังโฆ

ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข” เพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในชุมชน โดยมี นักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเข้าถึงบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการภายใน “ศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ จึงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องกายภาพบำบัด ภายในศูนย์สังสรรค์ร่วมสุข ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี

เกณฑ์มาตรฐานห้องกายภาพบำบัด

ลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล

๑. ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย
๓. บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
๔. มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตารางเมตร
๕. จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและญาติ เช่น มีที่พักคอยของผู้รับบริการจำนวนเหมาะสม
๖. การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทำได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ขนาดความกว้างของประตู เข้า-ออก ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เซนติเมตร
๗. ห้องตรวจประเมิน หรือห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและมีมิติชัดเจน และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ (ในกรณีพื้นที่จำกัดห้องตรวจประเมินและห้องบำบัดรักษาอาจใช้ห้องเดียวกันได้)
๘. ห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัย
๙. ผู้รับบริการในกรณีใช้พื้นที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลเดียวกับการประกอบกิจการอื่น ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการ
๑๐. มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะบริการที่มี
๑๑. ไม่ติดตั้งกล่องวงจรปิดในห้องตรวจประเมินหรือห้องบำบัดรักษา
๑๒. ระดับเพดานหรือความสูงของฝ้าเพดานน้อยกว่า ๒.๖ เมตร จะต้องมียระบบระบายอากาศที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นอับทึบ กรณีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศระบายออกนอกอาคาร ระบบระบายอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. พื้นในสถานพยาบาลต้องไม่ต่างระดับกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น หรือการขนย้ายเครื่องมือ-อุปกรณ์ต่างๆ กรณีจำเป็นต้องมีพื้นต่างระดับกันไม่เกิน ๒๐ มม. จะต้องมีการลาดมุมลาดเอียง ๑:๑ หรือ ๑:๒ และเกินกว่า ๒๐ มม. ให้ลาดมุมลาดเอียง ๑:๑๒
๑๔. มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษเป็นสัดส่วนและมีมิติชัดเจน
๑๕. มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย ต้องได้รับการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อหรือทำให้ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้รับบริการ

๑๖. มีแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่ดี โดยมีการจัดทำคู่มือ หรือแผนภูมิแสดงขั้นตอนการทำงานสะอาดและทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ
๑๗. มีภาชนะใส่มูลฝอยติดเชื้อ (ใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ”) แยกต่างหากจากภาชนะใส่มูลฝอยทั่วไป และมีการกำจัดอย่างเหมาะสม
๑๘. มีเครื่องมือดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งโดยให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร อยู่ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ตามชนิดและขนาดได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑๙. มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างน้อย ๑ ห้อง
๒๐. ควรมีข้อความแสดงวัน เวลา ที่ให้บริการไว้โดยเปิดเผย
๒๑. มีป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่

ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น

เวชระเบียน

๑. มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
๒. มีการจัดเตรียมทะเบียนผู้ป่วย สำหรับบันทึกการมารับบริการของผู้ป่วยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 - ก) ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ป่วย
 - ข) เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
 - ค) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ
๓. มีบัตรผู้ป่วยนอก OPD card ที่สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มารับบริการ

เครื่องมือทั่วไป

๑. เตียงที่ใช้สำหรับการตรวจรักษา
๒. เครื่องชั่งน้ำหนัก
๓. ตู้หรือชั้นเก็บยา
๔. อ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ

เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการตรวจรักษา ดังนี้

๑. เตียงตรวจโรค
๒. เครื่องวัดความดันโลหิต
๓. บาร์คูขนาน (Parallel Bar)
๔. แผ่นประคบร้อน (Hydrocollator) และหม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocollater)
๕. รอกกายภาพ
๖. เครื่องมือกายภาพบำบัดรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด จากรายการดังต่อไปนี้

รายการเครื่องมือกายภาพบำบัดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

๑. เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (Shortwave diathermy machine)
๒. เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นไมโคร (Microwave diathermy machine)
๓. เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อการรักษา (Ultrasound therapy machine)
๔. เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulator)
 - ๔.๑ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตรงเพื่อบำบัดรักษา (Galvanic current therapy unit)
 - ๔.๒ เครื่องผลิตกระแสไซน์ซออยด์เพื่อบำบัดรักษา (Sinusoidal current therapy unit)
 - ๔.๓ เครื่องผลิตกระแสฟาราดีคเพื่อบำบัดรักษา (Faradic current therapy unit)
 - ๔.๔ เครื่องผลิตกระแสไดโอดไดนามิคเพื่อบำบัดรักษา (Diadynamic current therapy unit)
 - ๔.๕ เครื่องผลิตกระแสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง (Transcutaneous nerve electrical stimulator หรือ TENS unit)
 - ๔.๖ เครื่องผลิตกระแสอินเตอร์เฟอเรนซ์เพื่อการบำบัดรักษา (Interference current therapy unit)
 - ๔.๗ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตรงศักดาสูงเพื่อบำบัดรักษา (High Voltage Galvanic current therapy unit)
 - ๔.๘ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตรงเป็นช่วง ๆ เพื่อบำบัดรักษา (Interrupted direct current therapy unit)
 - ๔.๙ เครื่องผลิตกระแสแบบรัสเซียเพื่อบำบัดรักษา (Russian current therapy unit)
๕. เครื่องป้อนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback unit)
๖. โคมไฟรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet lamp) เฉพาะที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์
๗. ถังน้ำวนหรืออ่างน้ำวนสำหรับลำตัว (Whirlpool or Hubbard Tank)
๘. ถังแช่พาราฟิน (Paraffin wax bath unit)
๙. ตู้อบไอน้ำ (Stream bath cabinet)
๑๐. เครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน (Hydrocollator unit)
๑๑. เครื่องเป่าอากาศร้อนชื้น (Moist air heat therapy unit)
๑๒. เครื่องบำบัดแบบออนูไหล (Fluidotherapy unit)
๑๓. เครื่องควบคุมแรงกดดันความเย็นเพื่อการรักษา (Cryo controller pressure therapy unit)
๑๔. เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด (Compressor unit for vascular condition)
๑๕. เครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (Low power unit)
๑๖. เครื่องกระตุ้นแบบสนามแม่เหล็ก (Magnetic stimulator)
๑๗. เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Electric traction Machine)
๑๘. โต๊ะหมุนและแผ่นหมุนให้ตั้งตรง (Tilt table and tilt board)

แบบประเมินห้องกายภาพบำบัด

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการตรวจ “ถูกต้อง” เมื่อตรวจพบว่าจัดให้มีถูกต้อง และให้ใส่เครื่องหมาย x ลงในช่อง “ไม่ถูกต้อง” เมื่อตรวจพบว่าไม่จัดให้มีหรือจัดให้มีไม่ถูกต้อง กรณีไม่มีบริการที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนั้นๆ ให้ใส่เครื่องหมาย -

รายการตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
การตรวจสอบสถานที่			
๑. ลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล			
๑.๑ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
๑.๒ อาคารต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สอย			
๑.๓ บริเวณทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมีลักษณะดังนี้			
๑.๓.๑ มีพื้นที่โดยรวมไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตารางเมตร			
๑.๓.๒ มีส่วนที่นั่งพักคอยของผู้ป่วยและญาติที่เหมาะสม			
๑.๔ การสัญจรและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องกระทำได้โดยสะดวก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ขนาดความกว้างของประตู เข้า-ออก ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เซนติเมตร			
๑.๕ ห้องตรวจประเมิน หรือห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและมิดชิด และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ (ในกรณีพื้นที่จำกัดห้องตรวจประเมินและห้องบำบัดรักษาอาจใช้ห้องเดียวกันได้)			
๑.๕.๑ ห้องบำบัดรักษา ต้องเป็นสัดส่วนและความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ			
๑.๕.๒ ไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องตรวจประเมินหรือห้องบำบัดรักษา			
๑.๖ มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกต้องลักษณะอย่างน้อยหนึ่งห้องหรือมีห้องน้ำส่วนรวมในกรณีอาคารศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงาน			
๑.๗ มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ (หากความสูงของสถานพยาบาลต่ำกว่า ๒.๖ เมตร ต้องเพิ่มพัดลมดูดอากาศที่เหมาะสม)			
๑.๘ มีระบบการเก็บและกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และมีการกำจัดอย่างเหมาะสม			
๑.๘.๑ ห้องตรวจประเมินและห้องบำบัดรักษา ต้องมีถังขยะทั่วไปและถังขยะติดเชื้อ ที่มีลักษณะถังขยะแบบใช้เท้าเหยียบให้เปิด มีฝาปิดมิดชิด ถังขยะติดเชื้อใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” ไว้ที่ถังขยะ แยกต่างหากจากถังขยะทั่วไป ใช้ถุงสีดำ เขียนข้อความ “ขยะทั่วไป” ไว้ที่ถังขยะ วางคู่กันทุกห้อง			

รายการตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
๑.๙ มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม ตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อในคลินิก			
๑.๑๐ มีเครื่องมือดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งโดยยึดกับอาคารให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือมีฐานรองรับที่มั่นคง อยู่ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ชัดเจน			
๑.๑๑ มีป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่			
๒. คลินิกต้องมียุทธศาสตร์การให้บริการดังต่อไปนี้			
๒.๑ มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ			
๒.๒ มีการให้บริการที่ได้มาตรฐานตามลักษณะวิชาชีพ ตามที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพประกาศกำหนด แล้วแต่กรณี			
๒.๓ พื้นที่ให้บริการจะต้องมีพื้นที่เชื่อมต่อและเปิดติดต่อถึงกันได้และไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือพื้นที่เดียวกับการประกอบอาชีพอื่น			
๒.๔ ในกรณีที่มีการให้บริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอื่น จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน และกิจการอื่นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก			
๒.๔.๑ สถานพยาบาลต้องมีประตู เข้า - ออก คนละทางกับการประกอบกิจการอื่น			
๒.๔.๒ การกั้นพื้นที่ต้องเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นประจักษ์ ชัดเจน และถาวร			
๒.๕ กรณีที่มีการให้บริการของลักษณะสหคลินิกหรือมีคลินิกหลายลักษณะอยู่ในอาคารเดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการนั้น			
๒.๖ มีป้ายชื่อสถานพยาบาล เป็นไปตามกฎกระทรวง			
๒.๗ มีข้อความแสดงวัน เวลาที่ให้บริการไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก			
๒.๘ แสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย อ่านได้ชัดเจน ด้วยตัวอักษรไทย ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร บริเวณที่พักคอยของผู้รับบริการ			

รายการตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
๓. ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล			
๓.๑ เวชระเบียน			
๓.๑.๑ มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์ที่เก็บเวชระเบียน ที่มั่นคง ปลอดภัย และค้นหาได้ง่าย			
๓.๑.๒ มีการจัดเตรียมทะเบียนผู้ป่วย มีรายการดังต่อไปนี้			
(๑) ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ป่วย			
(๒) เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย			
(๓) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ			
๓.๑.๓ มีเวชระเบียน หรือ บัตรผู้ป่วย ที่สามารถ บันทึกรายละเอียด ตามที่กฎกระทรวงกำหนด			
(๑) ชื่อ ที่อยู่สถานพยาบาล พร้อมเบอร์โทรศัพท์			
(๒) เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย			
(๓) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ			
(๔) ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ป่วย			
(๕) อาการเจ็บป่วย การแพ้ยา ผลการตรวจทางร่างกาย หรือ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นสูงของผู้ป่วย			
(๖) การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด ผลการตรวจร่างกาย ทางกายภาพบำบัด			
(๗) การบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด			
(๘) ลายมือผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดให้การรักษ			
(๙) ข้อมูลผู้ป่วยอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด			
๓.๒ ห้องตรวจประเมิน จะต้อง มี			
๓.๒.๑ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับบันทึกประวัติ หรือให้คำปรึกษา			
๓.๒.๒ เตียงตรวจประเมินที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ (พื้นแข็ง สามารถช่วยฟื้นคืนชีพได้ตามหลักวิชาชีพ หรือเตียงที่สามารถปรับระดับได้			
๓.๒.๓ หากเตียงตรวจโรคมีความสูงต้องจัดให้มีบันไดขึ้นเตียง (Step) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย			
๓.๒.๔ ที่นอน หมอน และผ้าคลุมตัว			
๓.๒.๕ อ่างฟอกมือชนิดไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ สบู่ หรือเจลล้างมือ ผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือ			
๓.๒.๖ ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ”			

รายการตรวจ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
๓.๓ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ในการตรวจรักษา ต้องจัดให้มี			
๓.๓.๑ เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer)			
๓.๓.๒ บาร์คูขนาน (Parallel Bar)			
๓.๓.๓ โกนิโอมิเตอร์ (Goniometer)			
๓.๓.๔ แผ่นประคบร้อน (Hydrocollator) และหม้อต้มแผ่นประคบร้อน (Hydrocollater)			
๓.๓.๕ รอกกายภาพ			
๓.๓.๖ เครื่องมือกายภาพบำบัดรวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด (จากรายการเครื่องมือแนบท้าย)			
๓.๓.๗ อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพกายภาพบำบัด (หากมีบริการ)			ระบุ
๓.๔ ห้องบำบัดรักษา ต้องจัดให้มี (หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่จำกัดห้องตรวจประเมินและห้องบำบัดรักษาอาจใช้ห้องเดียวกันได้)			
๓.๔.๑ เตียงสำหรับการบำบัดรักษา			
๓.๔.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม			
๓.๔.๓ ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีแดง เขียนข้อความ“ขยะติดเชื้อ” ภาชนะบรรจุขยะทั่วไป ให้ใช้ถุงขยะพลาสติกสีดำ เขียนข้อความ“ขยะทั่วไป”			
๓.๕ เครื่องใช้ทั่วไป ต้องจัดให้มี			
๓.๕.๑ เครื่องชั่งน้ำหนัก			
๓.๕.๒ มีตู้หรือชั้นเก็บยาที่เป็นสัดส่วน			
๓.๖ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์สำหรับการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ต้องจัดให้มีในคลินิกกายภาพบำบัด			
๓.๖.๑ ถุงปั๊มลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ (Ambubag) ๑ ชุด			
๓.๖.๒ มีแผนและขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน			
(๑) มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในการช่วยฟื้นคืนชีพ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน			
(๒) มีแผนและขั้นตอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ได้มาตรฐาน และขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย			

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบผลการตรวจสถานพยาบาลนี้แล้วและจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของผู้ประเมินอย่างเคร่งครัด

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายการเครื่องมือกายภาพบำบัดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- ☐ ๑. เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (Shortwave diathermy machine)
- ☐ ๒. เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นไมโคร (Microwave diathermy machine)
- ☐ ๓. เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อการรักษา (Ultrasound therapy machine)
- ☐ ๔. เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulator)
 - ☐ ๔.๑ เครื่องผลิตกระแสไฟตรงเพื่อบำบัดรักษา (Galvanic current therapy unit)
 - ☐ ๔.๒ เครื่องผลิตกระแสไซน์ซออยด์เพื่อบำบัดรักษา (Sinusoidal current therapy unit)
 - ☐ ๔.๓ เครื่องผลิตกระแสฟาราดีคเพื่อบำบัดรักษา (Faradic current therapy unit)
 - ☐ ๔.๔ เครื่องผลิตกระแสไดโอดนามิคเพื่อบำบัดรักษา (Diadynamic current therapy unit)
 - ☐ ๔.๕ เครื่องผลิตกระแสกระตุ้นประสาทผ่านผิวหนัง (Transcutaneous nerve electrical stimulator หรือ TENS unit)
 - ☐ ๔.๖ เครื่องผลิตกระแสอินเตอร์เฟอเรนซ์เพื่อการบำบัดรักษา (Interference current therapy unit)
 - ☐ ๔.๗ เครื่องผลิตกระแสไฟตรงศักดาสูงเพื่อบำบัดรักษา (High Voltage Galvanic current therapy unit)
 - ☐ ๔.๘ เครื่องผลิตกระแสไฟตรงเป็นช่วง ๆ เพื่อบำบัดรักษา (Interrupted direct current therapy unit)
 - ☐ ๔.๙ เครื่องผลิตกระแสแบบรัสเซียเพื่อบำบัดรักษา (Russian current therapy unit)
- ☐ ๕. เครื่องป้อนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback unit)
- ☐ ๖. โคมไฟรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet lamp) เฉพาะที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์
- ☐ ๗. ถังน้ำวนหรืออ่างน้ำวนสำหรับลำตัว (Whirlpool or Hubbard Tank)
- ☐ ๘. ถังแช่พาราฟิน (Paraffin wax bath unit)
- ☐ ๙. ตู้อบไอน้ำ (Stream bath cabinet)
- ☐ ๑๐. เครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน (Hydrocollator unit)
- ☐ ๑๑. เครื่องเป่าอากาศร้อนชื้น (Moist air heat therapy unit)
- ☐ ๑๒. เครื่องบำบัดแบบฮาลอ (Fluidotherapy unit)
- ☐ ๑๓. เครื่องควบคุมแรงกดดันความเย็นเพื่อการรักษา (Cryo controller pressure therapy unit)
- ☐ ๑๔. เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด (Compressor unit for vascular condition)
- ☐ ๑๕. เครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (Low power unit)
- ☐ ๑๖. เครื่องกระตุ้นแบบสนามแม่เหล็ก (Magnetic stimulator)
- ☐ ๑๗. เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Electric traction Machine)
- ☐ ๑๘. โต๊ะหมุนและแผ่นหมุนให้ตั้งตรง (Tilt table and tilt board)